

**NIT for Rate Contracting of Equipments/Dental Chair for Dental Clinics-
Prebid Meeting की कार्यवाही**

राज्य के सदर अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों में डेन्टल क्लिनिक के स्थापना हेतु उपकरणों/उपस्करों/डेन्टल चेयर के दर निर्धारण हेतु दिनांक 9.6.2010 को निविदा सूचना का प्रकाशन किया गया है। निविदा सूचना एवं उपकरणों आदि की सूची उनकी विशिष्टता (Specification) के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी उपलब्ध है। निविदा सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि दिनांक 18.06.2010 को 11 बजे पूर्वाह्न में Dental Chair/Equipments निविदा हेतु इच्छुक निविदादाताओं के साथ Prebid Meeting आयोजित हुई, जिसमें डॉ० डी० के० रमण, अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, डा० डी० के० सिंह, प्राचार्य, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना, डॉ० श्रीराम साह प्रभारी दंत चिकित्सा ईकाई पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना, डॉ० पी०एल०खेमका प्रभारी दंत चिकित्सा ईकाई, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पटना उपस्थित हुये। कुल 5 कंपनियों/फर्मों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिनकी उपस्थिति ले ली गयी है। बैठक में उपस्थित इच्छुक निविदादाताओं द्वारा निविदा संबंधी उठाये गये बिन्दु एवं उसपर लिये गये निर्णय निम्न है :-

1. दो कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि निविदा में सिर्फ मूल निर्माण संस्थान निविदा करेगी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी भी निविदा कर सकेगी।

(क) इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि Annexure-I में उल्लेखित आईटम नं० 1 एवं 2 यथा- Dental Chair Programmable एवं Autoclave/Sterilizer (Electrical) के लिए मूल निर्माता कंपनी जो अपने निर्माण संस्थान में उपरोक्त दोनों उपकरणों का निर्माण करती है, वैसी निर्माता कंपनी ही निविदा में हिस्सा ले सकेगी, जैसा कि निविदा सूचना के Minimum Eligibility Criteria शीर्षक के कंडिका-1 में उल्लेख किया गया है। Dental Chair के Actual Manufacturer ही निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राधिकृत/अधिकृत एजेंसी उपरोक्त दोनों आईटम के लिए निविदा में हिस्सा नहीं ले सकेगी तथा उनका निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) Annexure-I में उल्लेखित आईटम नं० 3 से 21 तक के उपकरणों/उपस्करों के लिए मूल निर्माता संस्थान के अतिरिक्त मूल निर्माण संस्थान के अधिकृत/प्राधिकृत एजेंसी भी निविदा में भाग ले सकती है। लेकिन निविदादाता यह उल्लेख करें कि वे किस Manufacturer का उपकरण आपूर्ति करेंगे तथा इसके लिए एजेंसी को मूल निर्माण संस्थान के Board of Directors के द्वारा इस निमित्त नामित व्यक्ति से प्राधिकरण पत्र प्राप्त कर अपने निविदा में संलग्न करना होगा।

2. बैठक में उपस्थित कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के विगत तीन वर्षों के Average Annual turnover बीस करोड़ रुपये से कम करने का अनुरोध किया गया।

- Average Annual turnover बीस करोड़ रुपये से कम करने का अनुरोध तकनीकी समिति के सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

3. उपस्थित इच्छुक निविदादाताओं ने Dental Chair Programmable के Surgical Stool के Specification में Auto Adjustable एवं Autoclave/Sterilizer (Electrical) के Specification में Chamber Size के विषय में पृच्छा की कि इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

- पृच्छा 3 के संबंध में तकनीकी समिति के सदस्यों ने बताया कि -

(क) Dental Chair Programmable के Surgical Stool के Specification में Pneumatic Auto Adjustable Stool for Dental Surgeons होगा।

(ख) Autoclave/Sterilizer (Electrical) के Specification में Chamber का Size 14"x22" होना चाहिए।

डॉ० पी०एल०खेमका
प्रभारी, दंत चिकित्सा ईकाई
नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, पटना

डॉ० श्रीराम साह
प्रभारी, दंत चिकित्सा ईकाई,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
पटना

डा० डी० के० सिंह
प्राचार्य
पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल पटना

डा० डी० के० रमण
अपर कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार