



शुद्धि पत्र (Corrigendum)

PR. No. 14650 (N. N.) द्वारा राज्य के सभी जिला अस्पतालों में पी0पी0पी0 के तहत सी0टी0 स्कैन का स्थापना एवं संचालन हेतु प्रकाशित RFP के Terms and Conditions में निम्नलिखित संशोधन की जाती है :-

1. EMD की राशि 10 लाख प्रति Cluster से घटाकर 07 लाख प्रति Cluster किया जाता है।
2. निविदा दाता द्वारा EMD, Bank Guarantee के रूप में जमा किया जा सकता है, जिसकी वैधता (Validity) Bid Submission से 180 दिनों तक होगा।
3. Performance Security को 40 लाख प्रति Cluster से घटाकर 20 लाख प्रति Cluster किया जाता है।
4. एजेंसी का न्यूनतम Net worth एक करोड़ से घटाकर 50 लाख किया जाता है।
5. सेवाप्रदाता द्वारा CGHS पटना के दर का upward revision, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अनुमोदनोपरांत करने की स्वीकृति दी जा सकेगी।
6. पूर्व में विज्ञापित RFP में वर्णित— Equipment should be USFDA approved को संशोधित करते हुए Equipment should be USFDA/European CE approved किया जाता है।
7. Technical Specification को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

| Technical Specification of equipment (as per RFP) | Modification suggested by Expert members of Technical Committee |
|---|--|
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.1-1, Page-41 | Aperture 65 cm or more |
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.1-2, Page-41 | F.O.V 40 cm more |
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.3-3, Page-41 Anode Heat Dissipation 4 MHU or more | Anode Heat Dissipation 2.5 MHU or more |
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.4, Page-41 Scan time should be less than 0.8 seconds for 360 degree rotation | Scan time should be less than 1 seconds for 360 degree totation |
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.7, Page-42 2 nos. of High resolution monitors | 1 monitor and 1 additional work station |
| Note 3 Page no. 42 Equipment should be USFDA approved | Equipment should be USFDA/European CE approved |



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार


An ISO 9001:2008 Certified Agency



| | |
|--|---|
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.5-1, Page-42 <u>Image Quality</u> Low contrast resolution- specify Low contrast resolution with 20 cm CATPHAN phantom. Specify surface dose. mAs, slice thickness and HU used | Low contrast resolution –specify Low contrast resolution with CATPHAN phantom. Specify surface dose. mAs. Slice thickness and HU used |
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.5-2, Page-42 <u>Image Quality</u> High contrast resolution should be at last 151 p/cm for axial and spiral scan at 0% MTF with full FOV. | High contrast resolution should be at last 141p/cm for axial and spiral scan at 2%MTF with full FOV. |
| Sechedule No. 1, Sl. No. 2.6-4, Page-42 <u>Image Reconstruction</u> Reconstructed slice thickness : 1 mm – 10 mm Freedly Selectable | Reconstructed slice thickness : 1 mm – 8 mm Freely Selectable |

- सशोधित RFP के अनुसार RFP समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 07/08/2015 समय अपराह्न 03:00 बजे तक निर्धारित है। RFP उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे खोला जायेगा।
- RFP की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

अधिक जानकारी हेतु राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, डॉ० मो० रिजवान अहमद के मो० नं० 9473191940 पर संपर्क किया जा सकता है।


अपर कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार